

Braniewo 06.11.2020r.

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWIZ-ODPOWIEDŹNA ZAPYTANIA**

**Dotyczy:** postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 605561-N-2020 z dnia 03.11.2020r.

**Na zadanie:** Dostawa wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie.

W dniu 06.11.2020r. do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie-Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego:

### **Pytanie 1:**

Doty. pozycji 5 załącznik Nr 1a opisu zamawiającego - Mikroskop edukacyjny  
Zamawiający w opisie zamawiającego wskazuje parametry które się wykluczają  
-obiektywy 4x 10x 40x powiększenia mikroskopu 40x 100x 400x 1000x, przy zastosowaniu obiektywu 4x 10x 40x maksymalne powiększenie wynosi 400X. Czy zamawiający dopuści mikroskop z powiększeniem 40x 100x 400x?

### **Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że dopuszcza dostarczenie mikroskopu edukacyjnego z obiektywem 4x 10x 40x 100x i powiększeniem 40x 100x 400x 1000x lub mikroskopu edukacyjnego z obiektywem 4x 10x 40x i powiększeniem 40x 100x 400x.

### **Pytanie 2:**

Doty. pozycji 5 załącznik Nr 1a opisu zamawiającego - Mikroskop edukacyjny  
Zamawiający w opisie zamawiającego wskazuje parametry które się wykluczają  
- głowica monokularowa -rozstaw źrenic min 50-70 mm w mikroskopach monokularowych  
nie występuje parametr rozstawu źrenic ponieważ ma on jeden okular. Czy zamawiający dopuści mikroskop monokularowy bez wymagania parametru rozstaw źrenic min 50-70 mm?

### **Odpowiedz:**

Zamawiający informuje, że dopuści mikroskop edukacyjny binokularowy z wymaganiem parametru rozstaw źrenic min 50-70 mm, lub mikroskop monokularowy bez wymagania parametru rozstawu źrenic.

Jednocześnie informuję, że w wyniku udzielonych odpowiedzi nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.